®

smith&nephew

ACTICOAT◇ 7

cu Nanocristale SILCRYST◇

Pansament antimicrobian cu nanocristale de argint

Steril R Sterilizat prin iradiatii Gamma. A nu se utiliza daca ambalajul este deschis sau deteriorat. De unica folosinta. A nu se resteriliza. A fi depozitat intr-un loc uscat (<25° C). A se evita expunerea la temperaturi mai mari de 50° C. A fi ferit de lumina.

Descriere

Pansamentul ACTICOAT◇ 7 este alcatuit din 5 straturi: doua straturi mijlocii absorbante din rayon/ poliester, intercalate intre trei straturi externe. Straturile externe sunt constituite dintr-o retea de polietilena cu aderenta scazuta, acoperita cu nanocristale de argint. ACTICOAT 7 este un pansament absorbant care ajuta la mentinerea unui mediu umed in plaga.
Stratul de contact cu plaga are o aderenta scazuta, fapt ce ajuta la reducerea traumei la schimbarea pansamentului. Argintul nanocristalin asigura o bariera antimicrobiana eficace, protejand plaga de invazia microorganismelor patogene si astfel grabind procesul de vindecare. Argintul nanocristalin este de asemenea eficace impotriva microorganismelor prezente in plaga, reducand riscul de infectie incrucisata. Proprietatile antimicrobiene ale ACTICOAT 7 raman eficiente pentru minimum 7 zile.

Indicatii

ACTICOAT 7 este indicat ca bariera antimicrobiana pentru plagile de adancimi variabile, incluzand escare de decubit, ulcere varicoase, ulcere diabetice, arsuri, zone cu transplant de piele. ACTICOAT 7 poate fi folosit pe plagile infectate. Acolo unde produsul este folosit pe plagi infectate, infectia trebuie examinata si tratata conform protocolului clinic local.

Contraindicatii

- A nu se folosi la pacientii cu sensibilitate cunoscuta la argint.
- A nu se folosi in timpul procedurilor RMN.
- ACTICOAT 7 se indeparteaza inainte de administrarea radioterapiei. Un nou pansament poate fi aplicat dupa efectuarea tratamentului.

Precautii

- Numai pentru uz extern.
- ACTICOAT 7 nu este compatibil cu produse pe baza de uleiuri, precum petrolatum (vaselina).
- A se evita contactul cu electrozi sau geluri conductoare in timpul masuratorilor electronice, ex: EEG si ECG.
- A nu se folosi in cazul in care culoarea nu este una uniforma.
- Ocazional, la aplicarea ACTICOAT 7, poate aparea durere tranzitorie. Aceasta poate fi redusa prin urmarirea cu atentie a instructiunilor de aplicare. In cazul in care durerea persista, inlaturati pansamentul si incetati folosirea produsului.
- ACTICOAT 7 trebuie folosit la prematuri (mai putin de 37 de saptamani de sarcina) doar atunci cand avantajele clinice sunt mai mari ca posibilele riscuri. Nu exista date clinice in aceasta grupa de varsta si de asemenea datele clinice privind tratamentele la nou-nascuti sunt limitate.

Instructiuni de folosire

- Scoateti pansamentul ACTICOAT 7 din ambalaj folosind o tehnica aseptica.
- Umeziti pansamentul cu apa plata (NU folositi solutie salina). Indepartati excesul de apa inainte de aplicare, ex: lasati pansamentul timp de 2 minute pe un camp steril.
- Taiati pansamentul in forma necesara. Atunci cand este folosit impreuna cu terapie compresiva, pansamentul trebuie taiat la dimensiunea plagii.
- Aplicati pansamentul pe suprafata plagii.
- A se asigura cu un pansament secundar pentru a pastra mediul umed in plaga. In cazul plagilor cu nivel ridicat de exsudat este necesar un pansament secundar absorbant. Pentru acest tip de plagi nu sunt recomandate pansamentele sub forma de film.
- Pansamentul trebuie pastrat umed dar nu intr-atat incat sa duca la macerarea tesuturilor.
- Schimbati pansamentul in functie de nivelul de exsudat si de caracteristicile plagii. Pansamentul poate fi mentinut pe plaga pana la 7 zile.
- Atunci cand folositi ACTICOAT 7 impreuna cu terapie compresiva, verificati in mod regulat intregul sistem si schimbati pansamentul numai daca fluidele patrund prin acesta. In cazul in care nivelul exsudatului este ridicat in prima saptamana, trebuie folosit si un pansament suplimentar absorbant non-ocluziv.
- Daca nivelul de exsudat este scazut, pansamentul poate sa se usuce sau sa se lipeasca de plaga. Daca indepartarea lui este dificila, umeziti-l sau imbibati-l in apa pentru a ajuta desprinderea acestuia fara ca rana in curs de vindecare sa fie afectata.

Nota: ACTICOAT 7 poate provoca decolorarea tranzitorie a pielii din jur.

Disponibilitatea produsului

Cod	Dimensiuni	Ambalare
66000809	5cm x 5cm	Pachet de 5
66000796	10cm x 12.5cm	Pachet de 5
66000797	15cm x 15cm	Pachet de 5

Producator

Produs in Marea Britanie de catre
Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN England.
◇Trade Marks of Smith & Nephew ©Smith & Nephew
Data eliberarii 09/2010 Patente: US 5681575, 5753251, 5770255, 5837275 www.smith-nephew.com

Importator

Medical Ortovit srl * str. Miron Costin nr. 8, 011098 Bucuresti, sector 1
Telefon: (+40) 21 222.80.67 /68 /69 * 0724240285 * 0731493261
Fax: (+40) 21 222.80.72 * E-mail: office@ortovit.eu * Web: www.ortovit.eu
Magazin online www.ortovit.eu/magazin

CE 0086

1850 2188 21875

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta declaram ca produsul ACTICOAT° 7 respecta standardele impuse de Directiva Dispozitivelor Medicale (93/42/EEC)

ADRESA PRODUCATORULUI :
Smith and Nephew Medical Limited
101 Hessle Road
Hull
HU3 2BN
United Kingdom

CE 0086

CLASA DE DISPOZITIVE : III

STANDARDE DE CALITATE : EN ISO 9001, EN ISO 10993, EN 980, EN ISO 780, ISO 13485, EN ISO 14971

Ne obligam sa respectam toate cerintele impuse de standardele mai sus mentionate si sa revedem periodic toate procedurile necesare pentru ca sistemul de calitate sa ramana adecvat si eficient.

GARANTIE

Medical Ortovit garanteaza in numele producatorului calitatea produselor ACTICOAT° 7, acestea fiind fabricate in conditii de inalta exigenta tehnica si respectand atat normele ISO specifice cat si cerintele impuse de Directiva Dispozitivelor Medicale (93/42/EEC).

Pentru a obtine rezultatele terapeutice scontate produsul trebuie sa fie folosit conform instructiunilor de pe verso.

Data, semnatura si stampila

13 martie 2014