ALLEVYN Ag ADHESIVE

smith&nephew

Pansament adeziv antimicrobian din spuma hidrocelulara cu un minim de 1.32 mg/cm^2 sulfadiazina de argint

Descriere

Pansamentele ALLEVYN Ag ADHESIVE sunt pansamente cu o structura avansata cu strat triplu care combina un tampon hidrocelular absorbant care contine sulfadiazina de argint (SSD) intercalat intre un strat adeziv din gel siliconic cu o suprafata perforata de contact cu plaga si o pelicula superioara impermeabila.

Mod de functionare

Structura avansata cu strat triplu a pansamentelor ALLEVYN Ag ADHESIVE faciliteaza gestionarea dinamica a fluidelor pentru a ajuta la mentinerea unui mediu umed al plagii si reduce la minimim riscul de macerare. De asemenea, asigura o bariera eficienta impotriva contaminarii microbiene care ajuta la protejarea ranii impotriva unui spectru larg de organisme patogene si astfel, poate contribui la o vindecare rapida. SSD este eficienta impotriva microorganismelor prezente in pansament si plaga.

Indicatii

Pansamentele ALLEVYN Ag ADHESIVE sunt pansamente antimicrobiene, absorbante care ajuta la gestionarea plagilor cu vindecare secundara a plagilor cronice si acute, adanci, medii sau superficiale, granulare si exsudative precum: escarele de decubit si ulcerele venoase, ulcerele pe fond diabetic, arsurile, situsurile donatoare, plagile fungice/maligne si plagile chirurgicale dehiscente. Pansamentele ALLEVYN Ag ADHESIVE pot fi utilizate pe rani infectate. In cazul in care produsul este utilizat pe plagi infectate, plagile trebuie tratate conform protocolului clinic local.

Contraindicatii

- A nu se utiliza la pacientii hipersensibili la sulfadiazina de argint sau sulfonamide
- Intrucat este cunoscut faptul ca sulfonamidele cauzeaza kernicterus, pansamentele ALLEVYN Ag ADHESIVE nu trebuie utilizate la femeile insarcinate sau aproape de termen sau care alapteaza, la copiii prematuri sau nou-nascuti in primele luni de viata.

Precautii

- Doar pentru uz extern
- Pansamentele ALLEVYN Ag ADHESIVE nu sunt compatibile cu agentii oxidanti (de exemplu EUSOL) sau apa oxigenata, deoarece acestea pot distruge componenta din spuma poliuretanica a pansamentului.
- Este posibil ca pansamentele ALLEVYN Ag ADHESIVE sa nu fie compatibile cu produse antimicrobiene topice.
- In cazul unei infectii clinice, argintul topic nu inlocuieste necesitatea terapiei sistemice sau a altui tratament adecvat al infectiei.
- La fel ca in cazul tuturor produselor adezive, s-au raportat cateva cazuri de iritatie si/sau macerare a pielii din jurul plagii.
- Trebuie retinut faptul ca utilizarea incorecta sau schimbarea prea frecventa a pansamentului, in special la pacientii cu piele sensibila, poate duce la desprinderea pielii.
- Evitati contactul cu electrozii sau gelurile conductoare in timpul masuratorilor electronice, de exemplu EEG si ECG.
- Atunci cand pansamentele ALLEVYN Ag ADHESIVE sunt utilizate la un pacient in timpul examinarii IRM (imagistica prin rezonanta magnetica), se poate produce o anumita incalzire.
- Pansamentele ALLEVYN Ag ADHESIVE nu sunt compatibile cu produse pe baza de ulei, cum ar fi vaselina.
- Pansamentele ALLEVYN Ag ADHESIVE nu sunt indicate a fi utilizate singure pe plagile adanci, dar pot fi utilizate peste plagile adanci ca pansament secundar.
- Ca si in cazul tuturor produselor care contin sulfadiazina de argint, trebuie luate in considerare urmatoarele masuri de precautie, in special atunci cand acoperiti o suprafata mare cu pansament.
- Acordati atentie pacientilor cu insuficienta hepatica sau renala
- Acordati atentie pacientilor cu deficit de glucoza-6-fosfat dehidrogenaza
- Efectele medicamentelor administrate pe cale sistemica pot fi diminuate. Acest lucru se aplica in special agentilor hipoglicemianti orali si fenitoinei. In cazul acestor medicamente, se recomanda monitorizarea nivelurilor sanguine, deoarece efectul lor poate fi amplificat.

Pansamentele ALLEVYN Ag ADHESIVE sunt produse exclusiv de unica folosinta. Daca se utilizeaza la mai mult de un pacient, poate aparea contaminarea incrucisata sau infectia. In plus, proprietatile antimicrobiene ale produsului vor fi compromise. Deschiderea ambalajului pansamentului compromite bariera sterila si, prin urmare, se recomanda ca orice pansament neutilizat sa nu fie pastrat pentru o aplicare ulterioara.

Pansamentele ALLEVYN Ag ADHESIVE sunt destinate utilizarii exclusive de catre profesionistii din domeniul sanatatii.

Instructiuni de utilizare

1. Acolo unde este necesar, curatarea plagii trebuie efectuata conform protocolului clinic local.
2. Alegeti un pansament mai mare decat plaga.
3. Pregatiti tegumentul din jurul plagii indepartand umezeala in exces. Orice par in exces trebuie ras pentru a asigura contactul strans cu plaga.
4. Scoateti pansamentul ALLEVYN Ag ADHESIVE din ambalaj folosind o tehnica aseptica.
5. Incepeti sa scoateti materialul protector de pe pansamentul ALLEVYN Ag ADHESIVE si lipiti pansamentul.
6. Se netezeste pansamentul peste plaga, indepartand materialul protector ramas.
7. Pansamentele ALLEVYN Ag ADHESIVE pot fi taiate special pentru a pansa plagile de pe calcai, coate si alte zone incomode. Taiati intotdeauna pansamentul folosind o tehnica aseptica. Daca taiati pansamentul, veti compromite bariera bacteriana si proprietatile impermeabile ale pansamentului. Asigurati-va ca orice zona din spuma expusa este acoperita cu o pelicula adecvata de pansament, avand grija sa nu acoperiti intregul pansament.
8. Daca aplicati pansamentul ALLEVYN Ag SACRUM in zona sacrala, amplasati capatul ingust la minimum 2 cm deasupra sfincterului anal, apoi neteziti pansamentul peste zona sacrala.

Frecventa schimbarii pansamentului

In primele etape ale managementului plagilor, pansamentele ALLEVYN Ag ADHESIVE trebuie verificate frecvent. In cazul in care produsul este utilizat pe plagi infectate, infectia trebuie inspectata si tratata conform protocolului clinic local. Pansamentele au capacitatea de a fi lasate pe plaga pana la 7 zile, cu exceptia zonei sacrale unde pansamentele au capacitatea de a fi lasate pe plaga pana la 5 zile, sau pana cand exsudatul este vizibil si se apropie pana la 0.5 cm de marginea tamponului pansamentului, oricare dintre acestea are loc mai devreme. De asemenea, trebuie luate in considerare si protocoalele clinice locale.

Indepartarea pansamentului

Pentru a indeparta pansamentul ALLEVYN Ag ADHESIVE, ridicati un colt si trageti pansamentul inapoi pe el insusi. Pansamentele sacrale trebuie indepartate de la marginea superioara si in jos spre anus pentru a minimiza riscul de transmitere a infectiei. Eliminati in conformitate cu protocoalele clinice locale sau aruncati in mod igienic dupa utilizare. Gradatia de pe punga are doar rol orientativ pentru a ajuta la selectarea plasturelui si trebuie acordata o atentie speciala pentru a evita contaminarea incrucisata. Daca in timpul utilizarii acestui dispozitiv considerati ca a avut loc un incident grav, va rugam sa il raportati producatorului si autoritatii dumneavoastra competente. Complaints@Smith-Nephew.com

O copie a Rezumatului caracteristicilor de siguranta si performanta clinica (SSCP) este disponibila la https://ec.europa.eu/tools/eudamed

Disponibilitatea produsului

Cod	Dimensiune	Disponibilitate
66800072	7.5cm x 7.5cm	Cutie cu 10 bucati
66800074	10cm x 10cm	Cutie cu 10 bucati
66800076	12.5cm x 12.5cm	Cutie cu 10 bucati
66800080	17.5cm x 17.5cm	Cutie cu 10 bucati
66800092	Sacrum 17 cm x 17 cm	Cutie cu 10 bucati
66800095	Sacrum 22 cm x 22 cm	Cutie cu 10 bucati

CE 2797

38584 10601799

Producator

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN England Marca comerciala a Smith&Nephew. Data emiterii 01/2023. Revizuire 01. Este posibil ca acest produs sa fie acoperit de unul sau mai multe brevete SUA. www.smith-nephew.com/patents

Importator

Medical Ortovit srl * str. Miron Costin nr. 8, 011098 Bucuresti, sector 1
Telefon: (+40) 21 222.80.67 /68 /69 * 0731.493.261 * 0727.301.021
Fax: (+40) 21 222.80.72 * E-mail: office@ortovit.eu * Web: www.ortovit.eu
Magazin online www.ortovit.eu/magazin