ACTICOAT FLEX 3◇

cu SILCRYST Nanocrystals

Pansament antimicrobian cu nanocristale de argint

smith&nephew

Descriere

Pansamentul ACTICOAT◇ Flex 3 este alcatuit dintr-un strat de poliester flexibil cu un adeziv atraumatic, acoperit cu argint nanocristlin. ACTICOAT Flex 3 este un pansament foarte flexibil care urmareste liniile corpului pentru a mentine contactul cu suprafata plagii. Pansamentul are aderenta scazuta, astfel minimizand traumatizarea plagii in timpul schimbarii acestuia. Argintul nanocristalin creaza o bariera antimicrobiana eficienta fata de contaminarea microbiana. Astfel plaga este protejata de microorganisme patologice invazive, fiindu-i grabita vindecarea. Argintul nanocristalin este de asemenea eficient impotriva microorganismelor prezente in plaga. Proprietatile de bariera antimicrobiana a pansamentului ACTICOAT Flex 3 raman eficiente minimum 3 zile.

Indicatii

ACTICOAT Flex 3 este indicat ca pansament cu bariera antimicrobiana pe plagi cu adancimi diferite, precum arsuri, plagi chirurgicale, ulcerul de decubit, ulcerul varicos, ulcerul diabetic.

ACTICOAT Flex 3 poate fi folosit pe plagi infectate, caz in care acestea trebuie evaluate si tratate conform protocolului clinic local. ACTICOAT Flex 3 poate fi folosit ca un strat de contact cu plaga in combinatie cu NPWT (Negative Pressure Wound Therapy = terapia plagilor prin presiune negativa) pana la 3 zile.

Contraindicatii

- A nu se folosi la pacientii cu sensibilitate cunoscuta la argint.
- A nu se folosi in timpul procedurilor RMN.
- ACTICOAT se indeparteaza inainte de administrarea radioterapiei. Un nou pansament poate fi aplicat dupa efectuarea tratamentului.

Precautii

- Strict pentru uz extern (a nu fi aplicat pe organe expuse).
- ACTICOAT Flex 3 nu este compatibil cu produse pe baza de ulei precum vaselina.
- Este posibil ca ACTICOAT Flex 3 sa nu fie compatibil cu agenti antimicrobieni locali.
- Evitati contactul cu electrozi sau geluri conductoare in timpul masurarilor electronice (ex: EKG, EEG).
- La aplicarea pansamentului ACTICOAT Flex 3 se poate simti o durere tranzitorie. Daca aceasta persista, inlaturati pansamentul. Pentru a atenua durerea, aplicati un pansament nou folosind un produs hidrogel, conform descrierii de mai jos. Daca durerea persista, inlaturati pansamentul si incetati tratamentul.
- A se folosi ACTICOAT Flex 3 la prematuri (mai putin de 37 de saptamani de sarcina) doar atunci cand avantajele clinice sunt mai mari ca posibilele riscuri. Nu exista date clinice in aceasta grupa de varsta si de asemenea datele clinice privind tratamentele la nou-nascutii sunt limitate.
- ACTICOAT Flex 3 este un produs de unica folosinta. Daca este folosit la mai mult de un pacient, poate apare infectia sau contaminarea incrucisata. In plus proprietatile antimicrobiene ale produsului pot fi compromise. Deschiderea ambalajului pansamentului compromite bariera sterila iar pansamentul nu mai trebuie pastrat pentru o aplicare ulterioara.

Instructiuni de folosire

- Acolo unde este necesar, curatarea plagii trebuie facuta conform protocolului clinic local. A NU SE FOLOSI solutie salina.
- Scoateti pansamentul ACTICOAT Flex 3 din ambalaj folosind o tehnica aseptica.
- Taiati pansamentul in forma necesara. Atunci cand este folosit cu bandaj compresiv, pansamentul trebuie taiat conform dimensiunilor plagii.
- Pansamentul se umezeste conform protocolului clinic local. Se scufunda complet in solutie si apoi se stoarce usor (A NU SE FOLOSI CU SOLUTIE SALINA). Inainte de aplicare lasati sa se scurga apa in exces. Ca alternativa, se poate folosi un strat subtire de hidrogel (ex: INTRASITE Gel) care poate fi aplicat direct pe plaga si/sau pe pansament.
- Atunci cand este folosit cu terapie prin presiune negativa, materialul de umplere a plagii trebuie umezit si schimbat conform instructiunilor producatorului. Cand se foloseste cu NPWT, nu este recomandata folosirea cu hidrogeluri, ex. INTRASITE.
- Fara a intinde pansamentul, aplicati ACTICOAT Flex 3 pe plaga, asigurandu-va ca marginile nu sunt incretite. Pansamentul trebuie aplicat astfel incat directia in care are elasticitate sa fie "in lungul" membrului, pentru a permite miscarea.
- ACTICOAT Flex 3 poate fi folosit pentru a captusi plagi.
- Fixati pansamentul ACTICOAT Flex 3 folosind benzi de fixare suplimentara sau terapie prin compresie care vor pastra un mediu umed in plaga. In cazul plagilor cu un nivel mare de exsudat se poate folosi un pansament absorbant secundar. ACTICOAT Flex 3 permite transferul exsudatului direct in pansamentul absorbant secundar.
- Pansamentul ACTICOAT Flex 3 trebuie pastrat umed, dar nu atat de umed incat sa permita macerarea pielii.

- Schimbati pansamentul in functie de nivelul de exsudat si de caracteristicile plagii. Pansamentul poate fi mentinut pe plaga pana la 3 zile.
- Atunci cand folositi ACTICOAT Flex 3 cu bandaj compresiv, verificati regulat intregul sistem de pansamente si schimbati-le doar daca exsudatul a patruns prin toate straturile.
- In cazul unui nivel mare de exsudat este posibil sa fie necesar si un pansament absorbant non-oclusiv aditional.
- In cazul in care pansamentul se usuca sau se lipeste de plaga, umeziti-l sau scufundati-l pentru a ajuta indepartarea acestuia fara ca rana in proces de vindecare sa fie afectata.

Nota: Pansamentul ACTICOAT Flex 3 poate provoca decolorarea tranzitorie a pielii din jur.

Nota: Culoarea pansamentului poate varia dar acest lucru nu ii afecteaza performanta.

Disponibilitatea produsului

Cod	Dimensiuni	Disponibilitate
66800396	5cm x 5cm	Cutie de 5
66800398	10cm x 10cm	Cutie de 5
66800399	10cm x 10cm	Cutie de 12
66800409	10cm x 20cm	Cutie de 12
66800419	20cm x 40cm	Cutie de 6
66800432	40cm x 40cm	Cutie de 6
66800435	10cm x 120cm	Cutie de 6
66801290	4cm x 15cm	Cutie de 5
66801291	4cm x 25cm	Cutie de 5
66801292	4cm x 35cm	Cutie de 5
66801293	20cm x 20cm	Cutie de 5

Producator

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull Hu3 2BN England Marci comerciale ale Smith & Nephew ©Smith & Nephew Data emiterii 10/2020
Patent: US 5681575, 5753251, 5770255, 5837275 www.smith-newphew.com

Importator

Medical Ortovit srl * str. Miron Costin nr. 8, 011098 Bucuresti, sector 1
Telefon: (+40) 21 222.80.67 /68 /69 * 0731.493.261 * 0727.301.021
Fax: (+40) 21 222.80.72 * E-mail: office@ortovit.eu * Web: www.ortovit.eu
Magazin online www.ortovit.eu/magazin

STERILE R

Evitati expunerea la temperaturi peste 50°C/120°F)

CE 2797

18509214 26977